

Richieste Chiarimento tramite il canale “CHIARIMENTI” della piattaforma MePA

1. **Quesito:**

E' possibile presentare una offerta parziale? C'è una percentuale minima di prodotti da fornire?

Chiarimento:

L'offerta deve contenere tutti i prodotti descritti nel capitolato e nell'allegato 1a). Eventuali prodotti irreperibili sul mercato al momento dell'offerta possono essere sostituiti con prodotti equivalenti.

Non c'è una percentuale minima di prodotti da fornire né tantomeno deve avere la disponibilità dei beni descritti nel capitolato al momento dell'offerta. Cionondimeno, l'operatore dovrà garantire la possibilità di fornire ciascuno dei prodotti al momento della stipula dei singoli contratti attuativi. Le forniture dei beni saranno oggetto di successivi contratti attuativi nell'ambito dell'accordo quadro affidato, dove verranno stabiliti le tipologie di prodotti richiesti, le quantità effettive, i tempi (valutando le disponibilità sul mercato) e i luoghi di consegna.

2. **Quesito:**

Il “prezzo unitario stimato per formato” (colonna F) dell'allegato 8 è da intendersi come base d'asta per ciascuna riga da ribassare o è possibile offrire un prezzo superiore?

Chiarimento

Il “prezzo unitario stimato per formato” (colonna F) dell'allegato 8 NON è da intendersi come base d'asta per ciascuna riga da ribassare; è possibile offrire un prezzo unitario per formato inferiore, uguale o superiore, considerando che il valore dell'offerta sarà determinato dalla sommatoria ottenuta dalla moltiplicazione dei prezzi unitari per le quantità stimate (colonna K allegato n.8). **Il prezzo a base di gara è pari ad € 204.000,00 quale sommatoria dei prezzi della colonna K (Allegato n. 8).**

3. **Quesito:**

Nel caso di prodotti in soluzione, è possibile proporre concentrazioni o solventi alternativi?

Chiarimento

Nel caso di prodotti in soluzione è possibile proporre concentrazioni o solventi equivalenti solo se i prodotti descritti nel capitolato tecnico risultassero irreperibili sul mercato.

4. **Quesito:**

Nel caso di prodotti puri, è possibile fornire formati differenti? E' possibile ad esempio che un produttore abbia recentemente cambiato un formato (ad esempio DORM-2 30 g, riga 78 e DORM-3 50 g, riga 79 non più disponibili e sostituiti da DORM-5 18 g, allo stesso prezzo – LGC6187 richiesto come 84 g oggi disponibile come 80 g)?

Chiarimento:

Nel caso di prodotti puri, è possibile offrire formati diversi se quelli descritti nel capitolato non fossero più reperibili sul mercato. Per i prodotti che verranno offerti con formato diverso da quello descritto nell'allegato 1a), la stazione appaltante valuterà il prezzo unitario offerto per formato rapportandolo alla singola unità di misura.

5. **Quesito:**

- a. Nel capitolato tecnico viene richiesto che “La purezza” dei prodotti indicata nell'allegato 1a) deve essere garantita da procedure conformi alla guida ISO Guide 34 e alla norma ISO/IEC 17025”. Si prega di specificare meglio.
- b. Inoltre, perché la parola purezza è tra virgolette?
- c. Inoltre, alcuni prodotti con le specifiche richieste non ci risultano in commercio da produttori accreditati secondo quanto scritto sopra (si veda ad esempio le righe 44, 54, 168, 175 e altre)
- d. Qual è la differenza in termini di certificazione/accreditamento tra la riga 195 e 196?
- e. Cosa si intende per “standard analitico”?
- f. Come è da intendersi dove nella colonna E dell'allegato 8 non c'è scritto nulla?

Chiarimento:

- a. “La purezza” dei prodotti indicata nell’allegato 1a) del capitolato tecnico deve essere garantita da procedure conformi alla guida ISO Guide 34 e alla norma ISO/IEC 17025 esclusivamente per i prodotti che nella colonna PUREZZA dell’allegato 1a) riportano la seguente prescrizione: secondo la ISO Guide 34 e la ISO/IEC 17025.
Si precisa che la dove nella colonna PUREZZA vengono riportati numeri diversi in merito ISO Guide 34 e alla norma ISO/IEC 17025 per meri errori materiali di inserimento è da intendersi come segue: conformi alla guida ISO Guide 34 e alla norma ISO/IEC 17025, si precisa inoltre che nelle righe da 245 a 249 il formato (colonna D) deve intendersi 100 ml.
- b. la parola purezza è tra virgolette in quanto identifica l’intestazione della colonna dell’allegato 1a) e dell’allegato n. 8.
- c. Si precisa che per i prodotti indicati nelle le righe 44,54,168,175, non è richiesta la conformità alla guida ISO Guide 34 e alla norma ISO/IEC 17025, vedi chiarimento n. 5 a).
- d. Per i prodotti indicati nelle righe 195 e 196 non è richiesta la conformità alla guida ISO Guide 34 e alla norma ISO/IEC 17025, vedi chiarimento n. 5a).
- e. per “standard analitico” si intende un prodotto senza prescrizioni in termini di purezza
- f. le celle vuote della colonna E dell’allegato 8 devono intendersi prive di prescrizioni in termini di purezza.

6. Quesito:

Come si procede se un prodotto aggiudicato non è più disponibile al momento dell’ordine?

Chiarimento:

Dopo l’aggiudicazione, eventuali prodotti non più reperibili sul mercato non saranno inseriti nei successivi contratti attuativi pertanto non saranno ordinati dalla Stazione Appaltante e se ordinati verranno stornati dagli ordini.

7. Quesito:

Come si procede se un prodotto ordinato ha cambiato caratteristiche, ad esempio formato/quantità?

Chiarimento:

Per i prodotti che verranno proposti dal mercato con formato e caratteristiche diverse da quelle descritte, sarà valutato dal Responsabile Unico del Procedimento l’eventuale storno dagli ordini o la sostituzione con prodotti equivalenti proposti dalla ditta aggiudicataria.

8. Quesito:

Come si procede se un prodotto ordinato ha una tempistica di consegna superiore (anche di molto) alla tempistica di consegna prevista da contratto, per cause legate al produttore del materiale o legate a procedure di importazione/regolamentazione?

Chiarimento:

Eventuali consegne con tempistiche superiori rispetto a quelle indicate nei contratti attuativi, anche di molto, dovranno essere motivate da cause indipendenti dall’aggiudicatario e il Responsabile Unico del Procedimento ne prenderà atto e consentirà consegne con tempistiche congrue con le disponibilità dei mercati.

10. Quesito:

Non riusciamo a trovare fornitori per la riga 190. E’ possibile avere ulteriori indicazioni?

Chiarimento:

Il prodotto indicato nella riga 190 ci risulta di difficile reperibilità sul mercato, pertanto possono essere proposti prodotti equivalenti.

11. Quesito:

Si prega di specificare la composizione della riga 255

Chiarimento:

Il prodotto indicato nella riga 255 deve intendersi una soluzione standard multielemento per il controllo qualità costituita da 12 elementi anziché 28 elementi, con le seguenti concentrazioni: 100 mg/l di Al, Fe; 50 mg/l di Mn; 5 mg/l di As, Pb, Ba, Cr, Cu, Ni, Se, V, Zn in acido nitrico 5%.